



Fundo Municipal de Saúde de Apodi

Palácio Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 11.424.658/0001-47 Fone: (84) 3333-2123 /

Usuário: Sonaly Cinthya de Lima	Chave de Autenticação 1142-9332-207	Página 1 / 2
---------------------------------	--	-----------------

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Licitação: 023/2022

Data de abertura: 09/09/2022

Modalidade: Pregão

Valor total estimado: R\$ 78.693,63

Forma de julgamento: Por item

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, para o fornecimento de Berços aquecidos e Aspiradores cirúrgico de acordo com os quantitativos e especificações no Termo de Referência, visando atender as necessidades da COMAD através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Apodi/RN.

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)	
1	2,00000	Normal	UND	9295 - BERÇO AQUECIDO POR CALOR IRRADIANTE Módulo superior com calha protetora do elemento aquecedor ,aletas direcionadas de calor e movimentos que permitam posicionamento de aparelhos de RX; Sistema de segurança que não permita o aquecimento quando o aquecedor é deslocado ,a não ser que determinado pelo operador ,evitando a perda de calor durante a realização do procedimentos ou para aquecer paciente fora do berço quando em contato com a mãe(método Mãe-Canguru); Leito em material plástico ,com abas retráteis de acrílico transparente com acionamento utilizando-se apenas uma das mãos ,colchonete removível de material atóxico ,auto extingüível e impermeável ;gaveta passante para chassi radiográfico. Posições :trendelemburg e próclive com movimentos suaves e contínuos acionados por sistema hidráulico ou elétrico ; dimensões mínimas do colchão 45x60cm; Base construída em perfis metálicos ,com pintura eletrostática e tinta epóxi; Montada em suporte de altura fixa,com protetores contra choques mecânicos,suporte para cilindro de O2,rodízios de cinco polegadas ou mais,com freios e sem gabinete; Bandeja auxiliar sob o leito com dimensões mínimas de 45x 60 cm; Suporte de soro lateral para acoplar ,no mínimo ,três bombas de infusão. Sistema de reanimação composto por régua tripla ,com fluxômetro de O2,umidificador e frasco coletor com manômetro; Sistema de controle: Microprocessado de dupla função : servocontrolado(cmtrôle de temperatura através da temperatura corporal do recém nascido) e manual com ajuste do nível de potência; Deverá incorporar minimamente um segundo canal de monitorização de temperatura,para monitorização da temperatura ambiente ou temperatura periférica do paciente. painel digital com teclas para ligar ,desligar ,ajuste da temperatura ou potência ,ajuste de tempo APGAR,acionamento /parada do relógio. Rélogio digital com indicação do tempo,ajuste de início e parada e alarme de final de contagem; Display de LEDs ou LCD com indicação da temperatura de ajuste (com resolução de 0,1°C) e nível de potência tanto do modo manual quanto no servo- controlado para verificação da eficiência no tratamento. Fabricado de acordo com as normas NBR IEC 60601.1 e NBR IEC 60601.2.21- Berço aquecido para recém nascidos	Encerrado		
Acima máximo		Colocação		Credor/Fornecedor		Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1		6005 - Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	Marca GIGANTE	30.000,00000	60.000,00
Não		2		6007 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	GIGANTE	30.650,42000	61.300,84

2	2,00000	Normal	UND	12797 - Aspirador cirúrgico Modelo elétrico móvel, bomba de sucção médica polivalente para hospitais, clínicas, home care, UTI neo, ambulâncias e etc. Com pressão de vácuo cerca de 600 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm, tipo frasco em plástico, volume cerca de 1,5 l x 4 l, componentes sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico.	Encerrado		
Acima máximo		Colocação		Credor/Fornecedor		Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1		5297 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	Marca HR-6005	1.549,00000	3.098,00
Não		2		6005 - Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	HR	1.550,00000	3.100,00
Não		3		6006 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	SAN MEDIC	2.170,00000	4.340,00

3	3,00000	Normal	UND	12798 - Aspirador cirúrgico portátil de secreções Modelo elétrico portátil, pressão de vácuo cerca de 550 Mmhg, fluxo de aspiração de 10 a 50 Lpm, Componentes filtro bacteriológico, 220 v.	Encerrado		
Acima máximo		Colocação		Credor/Fornecedor		Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Não		1		5297 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	Marca NEVONI-5005	484,00000	1.452,00



Fundo Municipal de Saúde de Apodi

Palácio Francisco Pinto, 56 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 11.424.658/0001-47 Fone: (84) 3333-2123 /

Usuário: Sonaly Cinthya de Lima

Chave de Autenticação
1142-9332-207

Página
2 / 2

Resultado Classificatório Após a Fase de Lances

Item	Quantidade	Tratamento	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Situação	Valor máximo (R\$)
4	20,00000	Normal	UND	12799 - Mesa de mayo em inox Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubularem aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios.	Encerrado	
	Acima máximo	Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Não	1	5297 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	UNIMOVEIS-MMINOX	428,00000	8.560,00
	Não	2	6008 - POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	UNIMOVEIS	429,50000	8.590,00
	Não	3	6009 - TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	UNIMOVEIS	460,00000	9.200,00

Resumo dos licitantes vencedores

Credor/Fornecedor	Item	Valor Total (R\$)
5297 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	2, 3, 4	13.110,00
6005 - Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli	1	60.000,00
	Total Geral (R\$:)	73.110,00